

Warszawa, 27 listopada 2015

ZAMAWIAJĄCY:

KAMIKA Instruments s.c.
Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław
ul. Strawczyńska 16
01-473 Warszawa

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 4/mini/2015 na **zakup mierników elektronicznych: zasilaczy laboratoryjnych, generatora sygnału i oscyloskopu cyfrowego** prowadzonego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego.

W związku z otrzymanymi pytaniami do Zapytania ofertowego, odpowiadam i wyjaśniam:

Pytanie nr 6: Czy dopuszczają Państwo zasilacze posiadające ochronę przeciwprzebiegową oraz przeciwprzetężeniową, jednak bez ochrony przeciwzwarceniowej?

Odpowiedź nr 6: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zasilaczy bez ochrony przeciwzwarceniowej.

Pytanie nr 7: Czy wyrażają Państwo zgodę na generator posiadający rozdzielczość pionową mniejszą niż 16-bitów?

Odpowiedź nr 7: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na generator o rozdzielczości pionowej mniejszej niż 16-bitów.

Termin składania ofert oraz pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.



Dorota Kamińska



KAMIKA Instruments

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001

Strona | 1

ul. Strawczyńska 16
01-473 Warszawa

tel./ faks:
(22) 666 85 68, 666 93 32

info@kamika.pl

www.kamika.pl