



Warszawa, 14 grudnia 2015

ZAMAWIAJĄCY:

KAMIKA Instruments s.c.
Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław
ul. Strawczyńska 16
01-473 Warszawa

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 5/mini/2015 na zakup **mikroskopu** prowadzonego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego.

W związku z otrzymanymi pytaniami do Zapytania ofertowego, odpowiadam i wyjaśniam:

Pytanie nr 1: Czy dopuszcza się mikroskop posiadający równoważne do wymaganego źródło światła LED ?

Odpowiedź nr 1: Tak, Dopuszcza się mikroskop posiadający równoważne, pod względem mocy i temperatury barwowej, źródło światła.

Pytanie nr 2: Czy dopuszcza się okulary o polu widzenia 22 mm ?

Odpowiedź nr 2: Nie dopuszcza się niższych wartości pola widzenia okularów. Pole widzenia mikroskopu jest kluczowym dla Zamawiającego parametrem technicznym urządzenia.

Pytanie nr 3: Czy zamiast rewolwerowego uchwytu adapterów kamery dopuszcza się adapter kamery o powiększeniu 0,5x z dodatkowym zmieniaczem powiększeń o powiększeniach 1x, 1,25x, 1,5x, 2x ? Pozwoli to na uzyskanie wymaganych powiększeń kamery i dwóch dodatkowych.

Odpowiedź nr 3: Nie dopuszcza się rozwiązania z jednym adapterem kamery. Zmieniacz powiększeń usytuowany pod tubusem nie jest równoważny w stosunku do rozwiązania, wymaganego przez Zamawiającego.



KAMIKA Instruments

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001

Strona | 1

ul. Strawczyńska 16
01-473 Warszawa

tel./ faks:
(22) 666 85 68, 666 93 32

info@kamika.pl

www.kamika.pl



Pytanie nr 4: Czy dopuszcza się w kamerze równoważny interfejs FireWire 1394B?

Odpowiedź nr 4: Nie dopuszcza się kamery z interfejsem FireWire, ze względu na brak kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego zestawem sterującym.

Termin składania ofert oraz pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.



Dorota Kamińska